S. I. N.

0800 770 8290(BR)

www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:

/sinimplantsystem

@sinbrasiloficial

/sinimplantsystem

@singlobal

QUADRO PROTÉTICO

Versalis

CONE MORSE 11,5°

S. I. N.



Versalis


CONE MORSE 11,5°

CONCEBIDO COMO ARTE. CRIADO PARA A VERSATILIDADE.

- Conexão Cone Morse 11,5°.
- Indicado para todos os tipos de ossos, principalmente para ossos de baixa densidade, bicorticalização e carga imediata e/ou tardia.
- Pode ser utilizado para todas as demais situações clínicas, desde que sejam seguidos os passos clínicos sugeridos em seu sistema de fresagem.

OPÇÕES DE SUPERFÍCIE:

- **Duplo Ataque Ácido:** Para uma osseointegração consistente em todos os tipos ósseos.
- **Superfície Plus:** Para uma resposta óssea aprimorada em condições desafiadoras.



INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,5 mm – Incisivos centrais e laterais (superiores e inferiores).**
- **3,8 mm – Incisivos centrais e laterais superiores, caninos e pré-molares.**
- **4,0 mm – Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares.**
- **4,3 mm – Caninos, pré-molares e molares.**
- **5,0 mm – Molares.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- **Instalação 1,5 mm infraóssea.**
- **Velocidade da broca inicial:** 1200 rpm.
- **Velocidade das brocas de 3,5 a 7,0 mm:** 800 rpm.
- **Velocidade das brocas counter-sink:** 600 a 800 rpm.
- **Velocidade de inserção do implante:** 20 a 40 rpm.
- **Torque máximo:** 80 N·cm.
- **Carga imediata*:** torque recomendado de 45 a 80 N·cm.
- **Acompanha parafuso de cobertura de 2,0 mm.**

* Contraindicação relativa em pacientes com condições sistêmicas ou locais e a critério do profissional.

** Verifique a disponibilidade dos produtos em sua região.

QUADRO PROTÉTICO Versalis

CONE MORSE 11,5°

*Verifique a disponibilidade dos produtos na sua região.

*Parafuso de Abutment · *Componente rotacional · *Parafuso sextavado · *Componente antirrotacional · *Parafuso Quadrado

TIPOS DE PRÓTESES

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE

PARAFUSADA

Unitária

ANALÓGICO | DIGITAL

CICATRIZADORES



CICATRIZADORES DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5



CICATRIZADORES DE PEEK 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0

TRANSFER



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAMU



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFMU



JIG DE ESCANEAMENTO - CM 11.5°

CÓD.

JBUCM



JIG DE ESCANEAMENTO - CM 11.5°

CÓD.

JBUCMC

PROVISIONALIZAÇÃO



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPTMU 3501-H	3,5	1,0
CPTMU 3502-H	3,5	2,0
CPTMU 3503-H	3,5	3,0
CPTMU 3504-H	3,5	4,0
CPTMU 4501-H	4,5	1,0
CPTMU 4502-H	4,5	2,0
CPTMU 4503-H	4,5	3,0
CPTMU 4504-H	4,5	4,0



INTERFACE TITÂNIO CM 11,5° 20 N.cm

CÓD.	DESCRIÇÃO	ALTURA DO TRANSMUCOSO (MM)	ALT. (mm)
ICMUT 0504	0.5X4	0,5	4,0
ICMUT 0506	0.5X6	0,5	6,0
ICMUT 2004	2.0X4	2,0	4,0
ICMUT 2006	2.0X6	2,0	6,0
ICMUT 3004	3.0X4	3,0	4,0
ICMUT 3006	3.0X6	3,0	6,0



INTERFACE TITANIO CM 11,5° SIRONA 20 N.cm

PLATAFORMA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
ICMU 0804 ATOS 3.5/4.0	ATOS 4.5/5.0
ICMU 2004 ATOS 3.5/4.0	ATOS 4.5/5.0

CONFECÇÃO DE MODELO



ANÁLOGO

CÓD.

ANMU




ANÁLOGO DIGITAL CM 11.5°

CÓD.

ADCMU

PRÓTESE FINAL



ABUTMENT EUCLA 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
EUCLAMU 3501-H	3,8	1,0
EUCLAMU 3502-H	3,8	2,0
EUCLAMU 3503-H	3,8	3,0
EUCLAMU 3504-H	3,8	4,0
EUCLAMU 4501-H	4,5	1,0
EUCLAMU 4502-H	4,5	2,0
EUCLAMU 4503-H	4,5	3,0
EUCLAMU 4504-H	4,5	4,0



INTERFACE TITÂNIO CM 11,5° 20 N.cm

CÓD.	DESCRIÇÃO	ALTURA DO TRANSMUCOSO (MM)	ALT. (mm)
ICMUT 0504	0.5X4	0,5	4,0
ICMUT 0506	0.5X6	0,5	6,0
ICMUT 2004	2.0X4	2,0	4,0
ICMUT 2006	2.0X6	2,0	6,0
ICMUT 3004	3.0X4	3,0	4,0
ICMUT 3006	3.0X6	3,0	6,0



INTERFACE TITANIO CM 11,5° SIRONA 20 N.cm

PLATAFORMA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
ICMU 0804	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0
ICMU 2004	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0

PARAFUSOS



PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	DIÂM. (mm)
PTM 18	1,8

Para Cilindro Provisório



PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	DIÂM. (mm)
PTM 1816	1,8

LABORATORIAIS

-

TIPOS DE PRÓTESES

ABUTMENT UNIVERSAL

CIMENTADA

Unitária

ANALÓGICO | DIGITAL

CICATRIZADORES



CICATRIZADORES DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5



CICATRIZADORES DE PEEK 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0

COMPONENTE PROTÉTICO



ABUTMENT UNIVERSAL ANGULADO 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO MENOR (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO MAIOR (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ANG.	CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO MENOR (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO MAIOR (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ANG.
APASIT 341715	3.3	1,5	2,6	4,0	17°	APASIT 441715	4.5	1,5	3,0	4,0	17°
APASIT 341725	3.3	2,5	3,6	4,0	17°	APASIT 441725	4.5	2,5	4,0	4,0	17°
APASIT 341735	3.3	3,5	4,6	4,0	17°	APASIT 441735	4.5	3,5	5,0	4,0	17°
APASIT 343015	3.3	1,5	3,15	4,0	30°	APASIT 443015	4.5	1,5	3,75	4,0	30°
APASIT 343025	3.3	2,5	4,15	4,0	30°	APASIT 443025	4.5	2,5	4,75	4,0	30°
APASIT 343035	3.3	3,5	5,15	4,0	30°	APASIT 443035	4.5	3,5	5,75	4,0	30°
APASIT 361715	3.3	1,5	2,6	6,0	17°	APASIT 461715	4.5	1,5	3,0	6,0	17°
APASIT 361725	3.3	2,5	3,6	6,0	17°	APASIT 461725	4.5	2,5	4,0	6,0	17°
APASIT 361735	3.3	3,5	4,6	6,0	17°	APASIT 461735	4.5	3,5	5,0	6,0	17°
APASIT 363015	3.3	1,5	3,15	6,0	30°	APASIT 463015	4.5	1,5	3,75	6,0	30°
APASIT 363025	3.3	2,5	4,15	6,0	30°	APASIT 463025	4.5	2,5	4,75	6,0	30°
APASIT 363035	3.3	3,5	5,15	6,0	30°	APASIT 463035	4.5	3,5	5,75	6,0	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 0,9 mm.



ABUTMENT UNIVERSAL RETO COM PARAFUSO PASSANTE 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	AALT. DO TRANSMUCOSO (MM)	CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)
APSIT 334008	3.3	4,0	0,8	APASIT 441715	4.5	4,0	0,8
APASIT 341725	3.3	4,0	1,5	APASIT 441725	4.5	4,0	1,5
APASIT 341735	3.3	4,0	1,5	APASIT 441735	4.5	4,0	1,5
APASIT 343015	3.3	4,0	3,5	APASIT 443015	4.5	4,0	3,5
APASIT 343025	3.3	4,0	4,5	APASIT 443025	4.5	4,0	4,5
APASIT 343035	3.3	4,0	5,5	APASIT 443035	4.5	4,0	5,5
APASIT 361715	3.3	6,0	0,8	APASIT 461715	4.5	6,0	0,8
APASIT 361725	3.3	6,0	1,5	APASIT 461725	4.5	6,0	1,5
APASIT 361735	3.3	6,0	1,5	APASIT 461735	4.5	6,0	1,5
APASIT 363015	3.3	6,0	3,5	APASIT 463015	4.5	6,0	3,5
APASIT 363025	3.3	6,0	4,5	APASIT 463025	4.5	6,0	4,5
APASIT 363035	3.3	6,0	5,5	APASIT 463035	4.5	6,0	5,5



ABUTMENT UNIVERSAL RETO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)	CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)
AISIT 334008	3.3	4,0	0,8	AISIT 454008	4.5	4,0	0,8
AISIT 334015	3.3	4,0	1,5	AISIT 454015	4.5	4,0	1,5
AISIT 334025	3.3	4,0	2,5	AISIT 454025	4.5	4,0	1,5
AISIT 334035	3.3	4,0	3,5	AISIT 454035	4.5	4,0	3,5
AISIT 334045	3.3	4,0	4,5	AISIT 454055	4.5	4,0	4,5
AISIT 334055	3.3	4,0	5,5	AISIT 456008	4.5	4,0	5,5
AISIT 336008	3.3	6,0	0,8	AISIT 456015	4.5	6,0	0,8
AISIT 336015	3.3	6,0	1,5	AISIT 456025	4.5	6,0	1,5
AISIT 336025	3.3	6,0	1,5	AISIT 456035	4.5	6,0	1,5
AISIT 336035	3.3	6,0	3,5	AISIT 456045	4.5	6,0	3,5
AISIT 336045	3.3	6,0	4,5	AISIT 456055	4.5	6,0	4,5
AISIT 336055	3.3	6,0	5,5	AISIT 456055	4.5	6,0	5,5

TRANSFER



TRANSFERENTE EM POLIACETAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	
TSIT 3340	3,3	4,0	Amarelo
TSIT 3360	3,3	6,0	Azul
TSIT 4540	4,5	4,0	Amarelo
TSIT 4560	4,5	6,0	Azul



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT UNIVERSAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
JBSIT 3340	3,3	4,0
JBSIT 3360	3,3	6,0
JBSIT 4540	4,5	4,0
JBSIT 4560	4,5	6,0

PROVISIONALIZAÇÃO



CILINDRO PROVISÓRIO EM POLICARBONATO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3,3	4,0
CPSIT 3360	3,3	6,0
CPSIT 4540	4,5	4,0
CPSIT 4560	4,5	6,0

-

CONFECÇÃO DE MODELO



ANÁLOGO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3.3	4.0
ASIT 3360	3.3	6.0
ASIT 4540	4.5	4.0
ASIT 4560	4.5	6.0



ANÁLOGO DIGITAL ABUT. UNIVERSAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ADUA 3340	3.3	4.0
ADUA 3360	3.3	6.0
ADUA 4540	4.5	4.0
ADUA 4560	4.5	6.0

PRÓTESE FINAL



CILINDRO CALCINÁVEL EM POLIACETAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3,3	4,0
CCSIT 3360	3,3	6,0
CCSIT 4540	4,5	4,0
CCSIT 4560	4,5	6,0

-

PARAFUSOS

-

TIPOS DE PRÓTESES

ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

PARAFUSADA

Próteses Unitária, Múltipla parcial ou total

ANALÓGICO | DIGITAL

CICATRIZADORES



PROTETOR DE ABUTMENT 10 N.cm

CÓD.
PAM 48

COMPONENTE PROTÉTICO



ABUTMENT MULTIFUNCIONAL 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AMCMU 4808	4,8	0,8
AMCMU 4815	4,8	1,5
AMCMU 4825	4,8	2,5
AMCMU 4835	4,8	3,5
AMCMU 4845	4,8	4,5
AMCMU 4855	4,8	5,5

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,6 mm.

TRANSFER



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

TMAAM 00	
TMAAM 06	◎



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

TMFAM 00	
TMFAM 06	◎



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

JBAM 00	
JBAM 06	◎



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

JBAM 00C	
JBAM 06C	◎

PROVISIONALIZAÇÃO



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	
PTAM 00	
PTAM 06	◎



INTERFACE TITÂNIO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)	
IAMT 0400	4,0	
IAMT 0600	6,0	
IAMT 0406	4,0	◎
IAMT 0606	6,0	◎



INTERFACE CROMO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)	
IAMC 0400	4,0	
IAMC 0600	6,0	
IAMC 0406	4,0	◎
IAMC 0606	6,0	◎

CONFECÇÃO DE MODELO



ANÁLOGO

CÓD.
ANAM



ANÁLOGO DIGITAL - ABUT MULT

CÓD.
ADAM

PRÓTESE FINAL



CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.		
CCAM 00	Plástico	
CCAM 06	Plástico	◎
CCRAM 00	Cromo-Cobalto	
CCRAM 06	Cromo-Cobalto	◎



INTERFACE TITÂNIO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)	
IAMT 0400	4,0	
IAMT 0600	6,0	
IAMT 0406	4,0	◎
IAMT 0606	6,0	◎

INTERFACE CROMO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)	
IAMC 0400	4,0	
IAMC 0600	6,0	
IAMC 0406	4,0	◎
IAMC 0606	6,0	◎

PARAFUSOS

PARAFUSO DE RETENÇÃO 10 N.cm

CÓD.	ALT. (mm)
PRA 01	2,0

LABORATORIAIS

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	DIÂM. (mm)
PTMAL 01	1.4

PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.
PPAM 01

-

MINI ABUTMENT

PARAFUSADA

Prótese múltipla parcial ou Total

TIPOS DE PRÓTESES

ANALÓGICO

CICATRIZADORES



PROTETOR DE ABUTMENT 10 N.cm

CÓD.
PMA 4855


COMPONENTE PROTÉTICO



MINI ABUTMENT RETO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAMU 4808	4,8	0,8
MAMU 4815	4,8	1,5
MAMU 4825	4,8	2,5
MAMU 4835	4,8	3,5
MAMU 4845	4,8	4,5
MAMU 4855	4,8	5,5

TRANSFER



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA


CÓD.
TMAM 4800



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.
TMFM 4800

PROVISIONALIZAÇÃO



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	
PTM 4800-2	Para MA angulado
PTM 4800-3	Para MA reto

CONFECÇÃO DE MODELO



ANÁLOGO

CÓD.
ANMA 4800

PRÓTESE FINAL



CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO 10 N.cm

CÓD.	
CPM 4800-2	Para MA angulado
CPM 4800-3	Para MA reto
CLEM 4800-2	Cromo Cobalto / Para MA angulado
CLEM 4800-3	Cromo Cobalto / Para MA reto

PARAFUSOS



PARAFUSO DE RETENÇÃO 10 N.cm

CÓD.	COMP. (mm)	
PRH 20	2,0	Para mini abutment angulado
PRH 30	3,0	Para mini abutment reto

LABORATORIAIS



PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	DIÂM. (MM)
PL 1405 Curto	1,4
PTMA 13-1 Longo	1,4



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.
PPM 01

DIGITAL

COMPONENTE PROTÉTICO




MINI ABUTMENT ANGULADO INDEX 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ÂNG
MAMA 1715I	4,8	2,0	17°
MAMA 1725I	4,8	3,0	17°
MAMA 1735I	4,8	4,0	17°
MAMA 3015I	4,8	2,0	30°
MAMA 3025I	4,8	3,0	30°
MAMA 3035I	4,8	4,0	30°

*Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm.

TRANSFER



JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.
JBMA



JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.
JBMAC

PROVISIONALIZAÇÃO



INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

CONFECÇÃO DE MODELO



ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.
ADMA

PRÓTESE FINAL



INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

PARAFUSOS



PARAFUSO DE RETENÇÃO 10 N.cm

CÓD.	ALT. (mm)
PRH 30	3,0

LABORATORIAIS

-

MICRO MINI ABUTMENT

PARAFUSADA

Próteses Unitária, Múltipla parcial ou total

TIPOS DE PRÓTESES

ANALÓGICO

CICATRIZADORES



PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.
PMM 33


COMPONENTE PROTÉTICO



MICRO MINI ABUTMENT 20 N.cm


CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MMAM 3308	3,5	0,8
MMAM 3315	3,5	1,5
MMAM 3325	3,5	2,5
MMAM 3335	3,5	3,5
MMAM 3345	3,5	4,5

TRANSFER




TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.	
TMM 33	
TMM 3306	◎



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.	
TMMF 33	
TMMF 3306	◎



JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT


CÓD.	
JBMMA	
JBMMA 06	◎



JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.	
JBMMAC	
JBMMA 06C	◎

PROVISIONALIZAÇÃO



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	
CPMT 33	
CPMT 3306	◎



INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAT 04	4,0	
IMMAT 06	6,0	
IMMAT 0406	4,0	◎
IMMAT 0606	6,0	◎



INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAC 04	4,0	
IMMAC 06	6,0	
IMMAC 0406	4,0	◎
IMMAC 0606	6,0	◎

CONFECÇÃO DE MODELO



ANÁLOGO

CÓD.
AMMA 33



ANÁLOGO DIGITAL - MICRO MINI ABUT

CÓD.
ADMMA

PRÓTESE FINAL



CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO 10 N.cm

CÓD.		
CPMC 33		
CPMM 33	Cromo Cobalto	
CPMC 3306		◎
CPMM 3306	Cromo Cobalto	◎



INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAT 04	4,0	
IMMAT 06	6,0	
IMMAT 0406	4,0	◎
IMMAT 0606	6,0	◎



INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAC 04	4,0	
IMMAC 06	6,0	
IMMAC 0406	4,0	◎
IMMAC 0606	6,0	◎


PARAFUSOS



PARAFUSO DE RETENÇÃO 10 N.cm

CÓD.	ALT. (mm)
PRH 3035	2,0

LABORATORIAIS



PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.
PTMMA 14



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.	
PPMM 33	
PPMM 3306	◎

-