S. I. N.

0800 770 8290(BR)

www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:

/sinimplantsystem

@sinbrasiloficial

/sinimplantsystem

@singlobal

QUADRO PROTÉTICO

Versalis S

CONE MORSE 16°

S. I. N.



Versalis S

CONE MORSE 16°

CONCEBIDO COMO ARTE. CRIADO PARA A VERSATILIDADE.

- Indicado para Todos os Tipos Ósseos
- Indicado para ossos de baixa densidade, favorecer a bicorticalização e protocolos de carga imediata ou tardia.
- O Versalis pode ser utilizado em diversas situações clínicas, desde que o protocolo de fresagem recomendado seja seguido.
- Sua macrogeometria exclusiva proporciona precisão, eficiência e previsibilidade de torque durante o procedimento cirúrgico.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,5 mm** – Incisivos centrais e laterais (superiores e inferiores).
- **3,8 mm** – Incisivos centrais e laterais superiores, caninos e pré-molares.
- **4,0 mm** – Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares.
- **4,3 mm** – Caninos, pré-molares e molares.
- **5,0 mm** – Molares.
- **6,0 mm** – Molares.
- **7,0 mm** – Molares.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- **Instalação 1,5 mm infraóssea.**
- **Velocidade da broca inicial:** 1200 rpm.
- **Velocidade das brocas de 3,5 a 7,0 mm:** 800 rpm.
- **Velocidade das brocas counter-sinks:** 600-800 rpm.
- **Velocidade de inserção do implante:** 20 a 40 rpm.
- **Torque máximo:** 80 N.cm.
- **Carga imediata*:** torque recomendado de 45 a 80 N·cm.
- **Acompanha parafuso de cobertura de 2,0 mm.**



* Contraindicação relativa em pacientes com problemas sistêmicos ou locais, a critério do profissional.
* Verifique a disponibilidade dos produtos em sua região.

QUADRO PROTÉTICO Versalis S

CONE MORSE 16°

*Verifique a disponibilidade dos produtos na sua região.

*Parafuso de Abutment · *Parafuso sextavado · *Parafuso Quadrado
*Componente rotacional · *Componente antirrotacional

TIPOS DE PRÓTESES

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE

PARAFUSADA

Unitária

ANALÓGICO

CICATRIZADORES

CICATRIZADORES DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0

TRANSFER

TRANSFER DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.	DIÂM. (mm)
TMAIM 35C	3,5
TMAIM 45C	4,5

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.	DIÂM. (mm)
TMFIM 35C	3,5
TMFIM 45C	4,5

PROVISIONALIZAÇÃO

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPTM 3501 - H	3,5	1,0
CPTM 3502 - H	3,5	2,0
CPTM 3503 - H	3,5	3,0
CPTM 3504 - H	3,5	4,0
CPTM 4501 - H	4,5	1,0
CPTM 4502 - H	4,5	2,0
CPTM 4503 - H	4,5	3,0
CPTM 4504 - H	4,5	4,0

CONFECÇÃO DO MODELO

ANÁLOGO

CÓD.
ANMP 3800

PRÓTESE FINAL

ABUTMENT EUCLA CrCo (NÃO POSSUI ROSCA INTERNA) 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
EUCLAM 3501-H	3,5	1,0
EUCLAM 3502-H	3,5	2,0
EUCLAM 3503-H	3,5	3,0
EUCLAM 3504-H	3,5	4,0
EUCLAM 4501-H	4,5	1,0
EUCLAM 4502-H	4,5	2,0
EUCLAM 4503-H	4,5	3,0
EUCLAM 4504-H	4,5	4,0

PARAFUSOS

PARAFUSO DE RETENÇÃO 20 N.cm

CÓD.
PT 16

Rosca de 1,6mm

LABORATÓRIO

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.
PTMAML 16
PTL 16

Rosca de 1,6mm

DIGITAL

CICATRIZADORES

CICATRIZADORES DE PEEK 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0

TRANSFER

JIG DE ESCANEAMENTO - MT 16°

CÓD.
JBSWCM

JIG DE ESCANEAMENTO - MT 16°

CÓD.
JBSWCMC

PROVISIONALIZAÇÃO

INTERFACE TITÂNIO MT 16° 20 N.cm

CÓD.	DESCRIÇÃO	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALT. (mm)
ICMT 0504	0.5X4	0,5	4,0
ICMT 0506	0.5X6	0,5	6,0
ICMT 2004	2.0X4	2,0	4,0
ICMT 2006	2.0X6	2,0	6,0
ICMT 3004	3.0X4	3,0	4,0
ICMT 3006	3.0X6	3,0	6,0

INTERFACE TITÂNIO MT 16° SIRONA 20 N.cm

PLATAFORMA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
ICM 0804	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0
ICM 2004	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0

CONFECÇÃO DO MODELO

ANÁLOGO DIGITAL - MT 16°

CÓD.
ADCM

PRÓTESE FINAL

INTERFACE TITÂNIO MT 16° 20 N.cm

CÓD.	DESCRIÇÃO	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALT. (mm)
ICMT 0504	0.5X4	0,5	4,0
ICMT 0506	0.5X6	0,5	6,0
ICMT 2004	2.0X4	2,0	4,0
ICMT 2006	2.0X6	2,0	6,0
ICMT 3004	3.0X4	3,0	4,0
ICMT 3006	3.0X6	3,0	6,0

INTERFACE TITÂNIO MT 16° SIRONA 20 N.cm

PLATAFORMA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
ICM 0804	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0
ICM 2004	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0

PARAFUSOS

PARAFUSO DE RETENÇÃO 20 N.cm

CÓD.
PT 16

Rosca de 1,6mm

LABORATÓRIO

-

TIPOS DE PRÓTESES

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE

CIMENTADA

Unitária

ANALÓGICO

CICATRIZADORES

CICATRIZADORES DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0

TRANSFER

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.	DIÂM. (mm)
TMAIM 35C	3,5
TMAIM 45C	4,5

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.	DIÂM. (mm)
TMFIM 35C	3,5
TMFIM 45C	4,5

PROVISIONALIZAÇÃO

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPTM 3501 - H	3,5	1,0
CPTM 3502 - H	3,5	2,0
CPTM 3503 - H	3,5	3,0
CPTM 3504 - H	3,5	4,0
CPTM 4501 - H	4,5	1,0
CPTM 4502 - H	4,5	2,0
CPTM 4503 - H	4,5	3,0
CPTM 4504 - H	4,5	4,0

CONFECÇÃO DO MODELO

ANÁLOGO

CÓD.
ANMP 3800

PRÓTESE FINAL

ABUTMENT ANGULADO 17° CIMENTADO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AIAM 3501C-H	3,5	1,0	AIAM 4501C-H	4,5	1,0
AIAM 3502C-H	3,5	2,0	AIAM 4502C-H	4,5	2,0
AIAM 3503C-H	3,5	3,0	AIAM 4503C-H	4,5	3,0
AIAM 3504C-H	3,5	4,0	AIAM 4504C-H	4,5	4,0
AIAM 3505C-H	3,5	5,0	AIAM 4505C-H	4,5	5,0

ABUTMENT CIMENTADO RETO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AIMP 3501C-H	3,5	1,0	AIMP 4501C-H	4,5	1,0
AIMP 3502C-H	3,5	2,0	AIMP 4502C-H	4,5	2,0
AIMP 3503C-H	3,5	3,0	AIMP 4503C-H	4,5	3,0
AIMP 3504C-H	3,5	4,0	AIMP 4504C-H	4,5	4,0
AIMP 3505C-H	3,5	5,0	AIMP 4505C-H	4,5	5,0

PARAFUSOS

PARAFUSO DE RETENÇÃO 20 N.cm

CÓD.
PT 16

Rosca de 1,6mm

LABORATÓRIO

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.
PTMAML 16
PT 16

Rosca de 1,6mm

DIGITAL

CICATRIZADORES

CICATRIZADORES DE PEEK 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0

TRANSFER

JIG DE ESCANEAMENTO - MT 16°

CÓD.
JBSWCM

JIG DE ESCANEAMENTO - MT 16°

CÓD.
JBSWCMC

PROVISIONALIZAÇÃO

INTERFACE TITÂNIO MT 16° 20 N.cm

CÓD.	DESCRIÇÃO	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALT. (mm)
ICMT 0504	0.5X4	0,5	4,0
ICMT 0506	0.5X6	0,5	6,0
ICMT 2004	2.0X4	2,0	4,0
ICMT 2006	2.0X6	2,0	6,0
ICMT 3004	3.0X4	3,0	4,0
ICMT 3006	3.0X6	3,0	6,0

INTERFACE TITÂNIO MT 16° SIRONA 20 N.cm

PLATAFORMA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
ICM 0804	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0
ICM 2004	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0

CONFECÇÃO DO MODELO

ANÁLOGO DIGITAL - MT 16°

CÓD.
ADCM

PRÓTESE FINAL

-

PARAFUSOS

-

LABORATÓRIO

-

TIPOS DE PRÓTESES

ABUTMENT UNIVERSAL

CIMENTADA

Unitária

ANALÓGICO

CICATRIZADORES

CICATRIZADORES DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	4,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0

INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO

ABUTMENT UNIVERSAL CIMENTADO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)	CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)
AIM 33401C	3,3	4,0	1,0	AIM 45401C	4,5	4,0	1,0
AIM 33402C	3,3	4,0	2,0	AIM 45402C	4,5	4,0	2,0
AIM 33403C	3,3	4,0	3,0	AIM 45403C	4,5	4,0	3,0
AIM 33404C	3,3	4,0	4,0	AIM 45404C	4,5	4,0	4,0
AIM 33405C	3,3	4,0	5,0	AIM 45405C	4,5	4,0	5,0
AIM 33601C	3,3	6,0	1,0	AIM 45601C	4,5	6,0	1,0
AIM 33602C	3,3	6,0	2,0	AIM 45602C	4,5	6,0	2,0
AIM 33603C	3,3	6,0	3,0	AIM 45603C	4,5	6,0	3,0
AIM 33604C	3,3	6,0	4,0	AIM 45604C	4,5	6,0	4,0
AIM 33605C	3,3	6,0	5,0	AIM 45605C	4,5	6,0	5,0

ABTMENT UNIVERSAL ANGULADO 17° CIMENTADO 10 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)	CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)
AAIM 331741C	3,3	1,5	4,0	AAIM 451741C	4,5	1,5	4,0
AAIM 331742C	3,3	2,5	4,0	AAIM 451742C	4,5	2,5	4,0
AAIM 331743C	3,3	3,5	4,0	AAIM 451743C	4,5	3,5	4,0
AAIM 331761C	3,3	1,5	6,0	AAIM 451761C	4,5	1,5	6,0
AAIM 331762C	3,3	2,5	6,0	AAIM 451762C	4,5	2,5	6,0
AAIM 331763C	3,3	3,5	6,0	AAIM 451763C	4,5	3,5	6,0

*Utilizar a chave sextavada de 0,9 mm

TRANSFER

TRANSFERENTE EM POLIACETAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	
TSIT 3340	3,3	4,0	Amarelo
TSIT 3360	3,3	6,0	Azul
TSIT 4540	4,5	4,0	Amarelo
TSIT 4560	4,5	6,0	Azul

JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT UNIVERSAL

CÓD,	DIÂM, (mm)	ALT, (mm)	
JBSIT 3340	3,3	4,0	⊙
JBSIT 3360	3,3	6,0	⊙
JBSIT 4540	4,5	4,0	⊙
JBSIT 4560	4,5	6,0	⊙

PROVISIONALIZAÇÃO

CILINDRO PROVISÓRIO EM ACRILÍCO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3,3	4,0
CPSIT 3360	3,3	6,0
CPSIT 4540	4,5	4,0
CPSIT 4560	4,5	6,0

-

CONFECÇÃO DO MODELO

ANÁLOGO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3,3	4,0
ASIT 3360	3,3	6,0
ASIT 4540	4,5	4,0
ASIT 4560	4,5	6,0

ANÁLOGO DIGITAL ABUT. UNIVERSAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ADUA 3340	3,3	4,0
ADUA 3360	3,3	6,0
ADUA 4540	4,5	4,0
ADUA 4560	4,5	6,0

PRÓTESE FINAL

CILINDRO CALCINÁVEL EM POLIACETAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3,3	4,0
CCSIT 3360	3,3	6,0
CCSIT 4540	4,5	4,0
CCSIT 4560	4,5	6,0

-

PARAFUSOS

PARAFUSO DE FIXAÇÃO MT 16° 10 N.cm

CÓD.
PFMAA 16

ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

PARAFUSADA

Próteses unitárias, múltiplas parciais e totais

ANALÓGICO | **DIGITAL**

TIPOS DE PRÓTESES

CICATRIZADORES



PROTETOR DE ABUTMENT 10 N.cm

CÓD.
PAM 48

INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO



ABUTMENT MULTIFUNCIONAL 32 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AMCM 4801	4,8	1,0
AMCM 4802	4,8	2,0
AMCM 4803	4,8	3,0
AMCM 4804	4,8	4,0

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,6 mm

TRANSFER



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.
TMAAM 00
TMAAM 06 ◎



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.
TMFAM 00
TMFAM 06 ◎



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

CÓD.
JBAM 00
JBAM 06 ◎



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

CÓD.
JBAM 00C
JBAM 06C ◎

PROVISIONALIZAÇÃO



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.
PTAM 00
PTAM 06 ◎



INTERFACE CROMO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	DIÂM. (mm)
IAMC 0400	4,0
IAMC 0600	6,0
IAMC 0406	4,0 ◎
IAMC 0606	6,0 ◎



INTERFACE TITÂNIO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	DIÂM. (mm)
IAMT 0400	4,0
IAMT 0600	6,0
IAMT 0406	4,0 ◎
IAMT 0606	6,0 ◎

CONFECÇÃO DO MODELO



ANÁLOGO

CÓD.
ANAM



ANÁLOGO DIGITAL - ABUT MULT

CÓD.
ADAM

PRÓTESE FINAL



CILINDRO CALCINÁVEL E CRCO 10 N.cm

CÓD.		
CCAM 00	Plástico	
CCAM 06	Plástico	◎
CCRAM 00	Cromo-Cobalto	
CCRAM 06	Cromo-Cobalto	◎



INTERFACE CROMO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	
IAMC 0400	4,0	
IAMC 0600	6,0	
IAMC 0406	4,0	◎
IAMC 0606	6,0	◎



INTERFACE TITÂNIO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	
IAMT 0400	4,0	
IAMT 0600	6,0	
IAMT 0406	4,0	◎
IAMT 0606	6,0	◎

PARAFUSOS



PARAFUSO DE RETENÇÃO 10 N.cm

CÓD.	ALT. (MM)
PRA 01	2,0

LABORATÓRIO



PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	DIÂM. (mm)
PTMAL 01	1.4



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.
PPAM 01

-

MINI ABUTMENT

PARAFUSADA

Próteses múltiplas, parciais ou totais

ANALÓGICO | **DIGITAL**

TIPOS DE PRÓTESES

CICATRIZADORES



PROTETOR DE ABUTMENT 10 N.cm

CÓD.
PMA 4855

Perfil de 5,0 mm

INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO



MINI-ABUTMENT RETO 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAM 4801 C	4,8	1,0
MAM 4802 C	4,8	2,0
MAM 4803 C	4,8	3,0
MAM 4804 C	4,8	4,0



MIN-ABUTMENT ANGULADO INDEX 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ÂNG
MAAM 4802I	4,8	2,0	17°
MAAM 4803I	4,8	3,0	17°
MAAM 4804I	4,8	4,0	17°
MAAM 4832I	4,8	2,0	30°
MAAM 4833I	4,8	3,0	30°
MAAM 4834I	4,8	4,0	30°

*Utilizar chave hexagonal do kit protetico de 1,2 mm

TRANSFER



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.
TMAM 4800



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.
TMFM 4800



JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.
JBMA



JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.
JBMAC

PROVISIONALIZAÇÃO



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.	
PTM 4800-3	Para MA reto
PTMS 4800-3	Para MA reto - Indicado para solda a laser.
PTM 4800-2	Para MA angulado



INTERFACE TITÂNIO MINI ABUTMENT

CÓD.	ALT. (MM)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



INTERFACE CROMO MINI ABUTMENT

CÓD.	ALT. (MM)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

CONFECÇÃO DO MODELO



ANÁLOGO

CÓD.
ANMA 4800



ANÁLOGO

CÓD.
ADMA

PRÓTESE FINAL



CILINDRO CALCINÁVEL E CRCO 10 N.cm

CÓD.	
CPM 4800-3	Plástico/MA reto
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto/Para MA reto
CPM 4800-2	Plástico/Para MA angulado
CLEM 4800-2	Cromo-cobalto/Para MA angulado



INTERFACE TITÂNIO MINI ABUTMENT

CÓD.	ALT. (MM)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



INTERFACE CROMO MINI ABUTMENT

CÓD.	ALT. (MM)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

PARAFUSOS



PARAFUSO DE RETENÇÃO 10 N.cm

CÓD.	COMP. (mm)	
PRH 20	2,0	para MA angulado
PRH 30	3,0	para MA reto

LABORATÓRIO



PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	DIÂM. (mm)
PL 1405 Curto	1.4
PTMA 13-1 Longo	1.4



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.
PPM 01

-

MICRO-MINI ABUTMENT

PARAFUSADA

Próteses unitárias, múltiplas parciais e totais

ANALÓGICO | **DIGITAL**

TIPOS DE PRÓTESES

CICATRIZADORES



PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.
PMM 33

INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO



MICRO-MINI ABUTMENT 20 N.cm

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAM 3301	3,5	1,0
MAM 3302	3,5	2,0
MAM 3303	3,5	3,0
MAM 3304	3,5	4,0

TRANSFER



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.
TMM 33
TMM 3306 ◎



TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.
TMMF 33
TMMF 3306 ◎



JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.
JBMMA
JBMMA 06 ◎

JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.
JBMMAC
JBMMA 06C ◎

PROVISIONALIZAÇÃO

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO 10 N.cm

CÓD.
CPMT 33
CPMT 3306 ◎

INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT 10 N.cm

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAT 04	4,0	
IMMAT 06	6,0	
IMMAT 0406	4,0	◎
IMMAT 0606	6,0	◎

INTERFACE CROMO MICRO MINI ABUT 10 N.cm

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAC 04	4,0	
IMMAC 06	6,0	
IMMAC 0406	4,0	◎
IMMAC 0606	6,0	◎

CONFECÇÃO DO MODELO

ANÁLOGO

CÓD.
AMMA 33

ANÁLOGO DIGITAL - MICRO-MINI ABUT

CÓD.
ADMMA

PRÓTESE FINAL

CILINDRO CALCINÁVEL E CRCO 10 N.cm

CÓD.		
CPMC 33	Plástico	
CPMM 33	Cromo Cobalto	
CPMC 3306	Plástico	◎
CPMM 3306	Cromo Cobalto	◎

INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT 10 N.cm

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAT 04	4,0	
IMMAT 06	6,0	
IMMAT 0406	4,0	◎
IMMAT 0606	6,0	◎

INTERFACE CROMO MICRO MINI ABUT 10 N.cm

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAC 04	4,0	
IMMAC 06	6,0	
IMMAC 0406	4,0	◎
IMMAC 0606	6,0	◎

PARAFUSOS

PARAFUSO DE RETENÇÃO 10 N.cm

CÓD.	COMP. (mm)
PRH 3035	2,0

LABORATÓRIO

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.
PTMMA 14

PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.
PPMM 33
PPMM 3306 ◎

-